

## ПРОТОКОЛ № 20

вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключения договора поставки аппарата ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких) для нужд  
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД»

г. Астрахань

«23» ноября 2018 года  
09:00 по московскому времени

### Состав комиссии:

**Председатель** – главный врач В.А. Бондарев

### **Члены комиссии:**

Начальник хозяйственного отдела- Д.Г. Гаевой,

Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,

Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,

Заведующая аптекой – Л.А. Ковзалова,

Ведущий юрисконсульт- А.Д. Машакова,

Секретарь конкурсной комиссии – инспектор по производственным вопросам-  
М.С.Танатарова.

### Присутствовали:

**Председатель** – главный врач В.А. Бондарев,

### **Члены комиссии:**

Начальник хозяйственного отдела- Д.Г. Гаевой,

Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,

Главная медсестра- Е.Г. Савельева

Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,

Заведующая аптекой – Л.А. Ковзалова,

Ведущий юрисконсульт- А.Д. Машакова,

Секретарь конкурсной комиссии – инспектор по производственным вопросам-  
М.С.Танатарова.

**Кворум имеется.**

### Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключения договора поставки аппарата ИВЛ для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД» (далее – запрос котировок, процедура вскрытия соответственно).
2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок.
3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок.
4. Подведение итогов запроса котировок.

### По пункту 1 повестки дня

Запрос котировочной цены был размещен 31.10. 2018 года на сайте учреждения [www.klinika-rzd.ru](http://www.klinika-rzd.ru)

Процедура вскрытия состоялась 23.11.2018 года в 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, здание администрации, кабинет главного врача.

**Начальная (максимальная) цена договора:** не устанавливалась.

**Источник финансирования:** средства от предпринимательской деятельности

Объем закупки:

Технические характеристики основного средства	Требуемые функции и параметры (усредненные значения)
Эксплуатационные (Функциональные/Технические) характеристики (общие)	
Диапазон дыхательного объема	от 20 до 20000 мл
Диапазон минутной вентиляции	не менее 0,6-30 л/мин
Чувствительность триггера	от 1 до 10 см H <sub>2</sub> O
Подача O <sub>2</sub>	от 0,2 до 10 л/мин
Диапазон частоты вентиляции	от 2 до 300 1/мин
Габариты	не более 600*800*1300
в комплектации	
Встроенный аккумулятор	не менее 4 часов

Срок исполнения договора: до 31.01.2019 г.

К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили котировочные заявки от следующих участников:

Наименование участника	Реквизиты	Дата и время подачи	Рег. номер заявки
ИП Иванов З.Н.	ИНН: 7831000027 ОГРН:317784700012542	02.11.2018 г. 14:20	1
ОАО «Уральский приборостроительный завод»	ИНН: 301805298975 ОГРН:317302500038041	05.11.2018 г. 16:05	2
ОАО «Уральский приборостроительный завод»	ИНН: 301805298975 ОГРН:317302500038041	07.11.2018 г. 11:15	3
ООО «КТ-Сервис»	ИНН: 6686094152 ОГРН:1176658040987	08.11.2018 г. 11:45	4

**По пункту 2 повестки дня**

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в запросе котировок.

Ценовые предложения участников запроса котировок:

Наименование участника	Регистрационный номер заявки	Ценовое предложение (с НДС)
ИП Иванов З.Н.	1	1567700,00
ОАО «Уральский приборостроительный завод»	2	680000,00
ОАО «Уральский приборостроительный завод»	3	550000,00
ООО «КТ-Сервис»	4	175000,00



По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок, на соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участники запроса котировок №1- ИП Иванов З.Н. не допускаются к дальнейшему участию в запросе котировок ввиду отсутствия оригиналов учредительных документов или заверенных копий. Участник запроса №2 и №3 - ОАО «Уральский приборостроительный завод» и представленные им котировочные заявки не соответствуют установленным требованиям и не допускаются к участию в запросе котировок ввиду отсутствия живой подписи и печати руководителя организации, а также отсутствие оригиналов уставных документов, либо их заверенных копий. Котировочная заявка №4- ООО «КТ-Сервис» не соответствует требованиям запроса котировок и не допускается к участию в запросе котировок ввиду несоответствия котировочной заявки техническому заданию.

#### По пункту 4 повестки дня

В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок ни одна котировочная заявка не соответствует установленным требованиям подачи котировочной документации, запрос котировок признается несостоявшимся на основании пп.3 п. 306 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд НУЗ «Отделенческая больница на станции Астрахань 1 ОАО «РЖД» (далее- Положение о закупке).

В соответствии с п.308 Положения о закупке, если запрос котировок признан несостоявшимся, организатор процедуры закупки может объявить о новый запрос котировок или осуществить закупку другим способом.


Решение принято единогласно.


Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения [www.klinika-rzd.ru](http://www.klinika-rzd.ru)

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

 В.А. Бондарев


 Р.Г. Гаевой


 Н.В. Сипле

 Е.С. Писарева

 Е.Г. Савельева

 Л.А. Ковзалова

 А.Д. Машакова

 М.С. Танатарова