

ПРОТОКОЛ № 23

вскрытия, рассмотрения и оценки котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключения договора поставки аппарата ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких) для нужд
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД»

г. Астрахань

«21» января 2019 года
09:00 по московскому времени

Состав комиссии:

Председатель – главный врач В.А. Бондарев

Члены комиссии:

Начальник хозяйственного отдела- Д.Г. Гаевой,

Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,

Главная медсестра- Е.Г. Савельева,

Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,

Заведующая аптекой – Л.А. Ковзалова,

Ведущий юристконсульт- А.Д. Машакова,

Секретарь конкурсной комиссии – инспектор по производственным вопросам-
М.С.Танатарова.

Присутствовали:

Председатель – главный врач В.А. Бондарев,

Члены комиссии:

Начальник хозяйственного отдела- Д.Г. Гаевой,

Главный бухгалтер- Н.В. Сипле,

Главная медсестра- Е.Г. Савельева

Начальник экономического отдела- Е.С. Писарева,

Заведующая аптекой – Л.А. Ковзалова,

Ведущий юристконсульт- А.Д. Машакова,

Секретарь конкурсной комиссии – инспектор по производственным вопросам-
М.С.Танатарова.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Вскрытие котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок на право заключения договора поставки аппарата ИВЛ для нужд
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД».

2. Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок.

3. Оценка (сопоставление) котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок.

4. Подведение итогов запроса котировок.

По пункту 1 повестки дня

Запрос котировочной заявки был размещен 14.01. 2019 года на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Процедура вскрытия состоялась 21.01.2019 года в 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, здание администрации, кабинет главного врача.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 593333 (пятьсот девяносто три тысячи тридцать три тысяч) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: средства от предпринимательской деятельности

Объем закупки:

№ п/п	Наименование параметров и функций	Технические требования (значение параметра)
1	Аппарат для искусственной и вспомогательной вентиляции легких у взрослых и детей	Наличие
2	Привод аппарата	Электрический
3	Управление аппаратом	Микропроцессор
4	Требование по газоснабжению	
4.1	Медицинский кислород, не менее	1 атм.
5	Требования по электропитанию	
5.1	Напряжение, В	220
5.2	Питание от встроенного аккумулятора, В	Не менее 4 часов
6	Средства управления функциями	
6.1	ПДУ (пульт дистанционного управления частотой, давлением, объемом вентиляции, с функцией изменения времени вдоха в режимах с поддержкой давлением).	наличие
7	Режимы вентиляции легких	
7.1	Контролируемая, механическая вентиляция легких.	наличие
7.2	Поддержка самостоятельного дыхания давлением.	наличие
8	Основные параметры	
8.1	Диапазон регулирования дыхательного объема, мл <ul style="list-style-type: none"> • Минимальное значение, не более • Максимальное значение, не менее 	20 2000
8.2	Диапазон регулирования минутной вентиляции при длительности вдоха в дыхательном цикле 40%, л/мин <ul style="list-style-type: none"> • Минимальное значение, не более • Максимальное значение, не менее 	0,3 30,0
8.3	Диапазон регулирования частоты дыхания <ul style="list-style-type: none"> • Минимальное значение, не более • Максимальное значение, не менее 	4 300
8.4	Объемная скорость потока, л/мин	до 90
8.5	Максимальное давление вдоха, см. вод. ст.	до 70
8.6	Положительное давление в конце выдоха, см. вод. ст.	до 25
8.7	Содержание кислорода в дыхательной смеси при работе: <ul style="list-style-type: none"> - с кислородно-воздушным смесителем, % - с блоком ротаметров или наркозным блоком, % 	40-60-80 до 100

Срок исполнения договора: до 31.01.2019 г.

К установленному сроку вскрытия заявок для участия в запросе котировок поступили котировочные заявки от следующих участников:

Наименование участника	Реквизиты	Дата и время подачи	Рег. номер заявки
ООО «УТП ГРУПП»	ИНН: 6685005400 ОГРН: 1126685005424	24.12.2018 г. 15:20	1
ООО «КТ-Сервис»	ИНН: 6686094152 ОГРН: 1176658040987	24.12.2018 г. 16:12	2

По пункту 2 повестки дня

Документы, содержащиеся в заявке, рассматриваются по существу в порядке, установленном в запросе котировок.

Ценовые предложения участников запроса котировок:

Наименование участника	Регистрационный номер заявки	Ценовое предложение (с НДС)
ООО «УТП ГРУПП»	1	593 300,00
ООО «КТ-Сервис»	2	592 900,00

По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных для участия в запросе котировок, на соответствие участников обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов требованиям запроса котировок установлено, что:

Участник №1- ООО «УТП ГРУПП» не допускается в запросе котировок в соответствии пп. 1 п.299 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения (далее Положение о закупке) в связи с не соблюдением требований к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. В соответствии с п.300 Положения о закупке участник №2 – ООО «КТ-Сервис» и представленная им котировочная заявка признается лучшей. Ценовое предложение ООО «КТ-Сервис» (регистрационный номер заявки 2) составляет 592 900,00 рублей, технические характеристики которого полностью соответствуют заявленному техническому заданию.

По итогу:

В соответствии с п.306 пп. 2 Положения о закупке запрос котировок признается не состоявшимся, т. к. по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации.

На основании п.307 Положения о закупке необходимо заключить договор на поставку аппарата ИВЛ «Фаза-21» с победителем запроса котировок ООО «КТ-Сервис» на условиях и по цене, указанных котировочной документации и в котировочной заявке победителя.

Для согласования приобретения основных средств направить в Приволжскую дирекцию здравоохранения пакет документов, предусмотренных п.76 Положения о закупке товаров, работ и услуг.


Решение принято единогласно.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения www.klinika-rzd.ru

Подписи:


Председатель комиссии

Члены комиссии:

 В.А. Бондарев


 Р.Г. Гаевой


 Н.В. Сипле

 Е.С. Писарева

 Е.Г. Савельева

 Л.А. Ковзалова

 А.Д. Машакова

 М.С. Танатарова